

Tengo un **implante protésico** de Coloplast

A quien corresponda:

En caso de emergencia, tenga en cuenta que tengo un implante peniano de Coloplast que **contiene metal**. El implante es compatible para resonancia magnética **en determinadas condiciones**.

En el reverso encontrará más información.



Compatible en **determinadas condiciones** para resonancia magnética

Un paciente al que se le haya implantado el implante peniano inflable Titan® puede realizarse una resonancia magnética de forma segura solo en condiciones muy específicas. La exploración en diferentes condiciones puede causar lesiones al paciente.

La información completa sobre seguridad para resonancia magnética está disponible en la carta de información sobre seguridad para resonancia magnética, que puede consultarse en coloplast.to/IRM o llamando al **+1-855-436-0958**.

